



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
"Renato Dulbecco"

Azienda Ospedaliero-Universitaria
"Renato Dulbecco" Catanzaro
Area Acquisizione Beni e Servizi

Prot. n. 4148/29.01.25.



REGIONE CALABRIA

S.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 36/2023 per la determinazione del prezzo da porre a base d'asta per la fornitura di un sistema di manometria esofagea ed ano-rettale con relativo materiale di consumo per la SOC di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva del P.O. Pugliese dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro:

L'AOU Renato Dulbecco rende noto che intende procedere alla predisposizione degli atti di Gara per l'affidamento di un sistema di manometria ad alta risoluzione comprensivo di accessori, del materiale di consumo dedicato e del servizio di manutenzione full risk per anni 2, da destinare alla **SOC di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva del P.O. Pugliese**, è nello specifico:

ART.1 CONSULTAZIONE:

Il presente procedimento benché gestito attraverso il sistema di acquisto Gare in ASP, disponibile su www.acquistinretepa.it non ha la finalità di addivenire ad un acquisto ma unicamente di consultare il mercato di settore per acquisire informazioni utili alla fornitura configurativa di altra procedura funzionale all'acquisto.

Ai soli fini della gestione del sistema di acquisto viene indicato un valore economico senza che lo stesso assumi altri significati, tantomeno che possa rappresentare valore sul quale formulare ribassi.

ART. 2 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

- sistema di manometria ad alta risoluzione, completo di carrello ed accessori e software di acquisizione e analisi e di PC di ultima generazione (completo di monitor, tastiera. Monitor, carrello e stampante a colori); Manutenzione post garanzia full risk per anni 2;
- Catetere esofageo per adulto, pluriuso ed allo stato solido, numero di canali non inferiore a 36, distanza da un canale all'altro di 1 cm, ogni canale composto da 12 sensori pressori disposti radialmente, acquisizione del segnale manometrico istantaneo preciso, utilizzo almeno per 200 esami circa;
- catetere ano rettale per adulto, pluriuso ed allo stato solido, numero di canali non inferiore a 12, acquisizione del segnale manometrico istantaneo preciso, utilizzo almeno per 200 esami circa;

Via T.Campanella n. 115 - Cap. 88100 Città Catanzaro

P.Iva/CF:01991530799



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
"Renato Dulbecco"
Catanzaro



REGIONE CALABRIA

- catetere ano rettale 3D per adulto, pluriuso ed allo stato solido, numero di canali non inferiore a 256, ricostruzione 3D e stampa del canale ano rettale a colori;
- Catetere esofageo pediatrico, pluriuso ed allo stato solido, numero di canali non inferiore a 8, ogni canale composto da 12 sensori pressori disposti radialmente, acquisizione del segnale manometrico istantaneo preciso, utilizzo almeno per 200 esami circa;
- palloncini monouso per manometria anorettali, resistenti a pressione d'insufflazione > di 100 cc di aria/acqua;
- Guaine monouso per manometria anorettali 3D, ergonomiche e dedicate;

Per tale ragione, il presente avviso è finalizzato all'acquisizione di dati relativi ai prezzi di mercato solitamente praticati relativi a tali forniture, al fine di determinare l'importo da porre a base d'asta di una eventuale successiva procedura di gara.

ART.3 TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLE INFORMAZIONI

Ai fini suddetti, si richiede ad eventuali operatori economici interessati, che ritengono di essere in grado di fornire quanto sopra indicato, di informare di tale possibilità questa Azienda ospedaliera e di presentare entro il termine delle ore 12,00 del giorno 10/02/2025, il Modello allegato (Mod. 1) compilato in ogni sua parte con le modalità indicate nel modello allegato (Mod.1).

Pertanto, l'offerta economica di sistema non sarà soggetta ad alcuna valutazione ai fini dell'affidamento della fornitura.

L'indicazione dei prezzi di mercato solitamente praticati, ha il solo scopo di permettere all'Azienda la stima del costo dell'intera fornitura relativa ad ogni lotto e la conseguente determinazione dell'importo da porre a base di gara..

L'Azienda si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

ART.4 COMUNICAZIONI

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente Avviso di indagine di mercato dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, entro il 07/01/2025 ore 12:00.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05 ed in particolare mediante la funzione "comunicazioni" disponibile sulla piattaforma www.acquistinretepa.it - strumento d'acquisto Gare in ASP nonché inoltre via PEC al recapito areabenieservizi@pecaocz.it e comunicazione via posta elettronica ordinaria al recapito ppregoni@aocz.it.

Art.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura relativa al presente avviso.

Art.6 PUBBLICITÀ

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale: www.aocz.it, sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it di Consip e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC ai sensi dell'allegato II.1 art. 2 del D.lgs. 36/2023-

ALLEGATI: modello 1

Catanzaro, 29/01/2025

il RdP
dott. Paolo Tripodi

