

lunghezze da 155 cm, 160 cm e 167 cm, con punta modellabile a vapore.				
---	--	--	--	--

*Criteria di Valutazione*

<b>Per i lotti 1,2 si chiede di poter valutare con il criterio qualità/prezzo 70/30</b>	
Come da griglia:	
Descrizione	Punteggio qualità
Corrispondenza alle specifiche tecniche	25
Corrispondenza al maggior numero di misure	20
Capacità di assorbimento fluidi biologici	15
Formazione e assistenza post vendita	10

<b>Per i lotti 3, 8, 18,154 si chiede di poter valutare con il criterio qualità/prezzo 70/30</b>	
Descrizione	Punteggio qualità
Corrispondenza alle specifiche tecniche	25
Corrispondenza al maggior numero di misure	20
visibilità sotto guida ecografica e fluoroscopica	15
Formazione e assistenza post vendita	10

<b>Per i lotti 4, 5, 6, 7, 157 si chiede di poter valutare con il criterio qualità/prezzo 70/30</b>	
Descrizione	Punteggio qualità
Corrispondenza alle specifiche tecniche	25
Manegevolezza	20
Resistenza alle alte pressioni	15
Formazione e assistenza post vendita	10

  
 Azienda Ospedaliera Pugliese Giaccino  
 Struttura Complessa  
 di Radiologia Diagnostica  
 L DIRETTORE  
 Dr. Bernardo Bertucci

<b>Per i lotti 9, 10, 91, 92, 109 a 131, 136, da 140 a 145, 153, 161, si chiede di poter valutare con il criterio qualità/prezzo 70/30</b>	
Descrizione	Punteggio qualità
Corrispondenza alle specifiche tecniche	25
Manegevolezza	20
praticità d'impiego	15
Formazione e assistenza post vendita	10

<b>Per i lotti da 11 a 17, da 19 a 22, 60, 61, 62, 63, 206 si chiede di poter valutare con il criterio qualità/prezzo 70/30</b>	
Descrizione	Punteggio qualità
Corrispondenza alle specifiche tecniche	25
Corrispondenza al maggior numero di misure	20
scorrevolezza intravascolare	15
Formazione e assistenza post vendita	10

<b>Per il lotto 23 si chiede di poter valutare con il criterio qualità/prezzo 70/30</b>	
Descrizione	Punteggio qualità
Corrispondenza alle specifiche tecniche	25
Corrispondenza al maggior numero di misure	20
capacità aspirativa	15
Formazione e assistenza post vendita	10

<b>Per i lotti da 24 a 29,63 e 155 si chiede di poter valutare con il criterio qualità/prezzo 70/30</b>	
Descrizione	Punteggio qualità
Corrispondenza alle specifiche tecniche	25
Corrispondenza al maggior numero di misure	20
visibilità sotto guida fluoroscopica	15
scorrevolezza	10

<b>Per i lotti 30, 31, 32, 33, 34, 35 , 132, 133,149,156 si chiede di poter valutare con il criterio qualità/prezzo</b>	
---	--

Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio"  
 Struttura Complessa  
 di Radiologia Diagnostica  
 IL DIRETTORE  
 Dr. Bernardo Bertucci

<b>70/30</b>	
Descrizione	Punteggio qualità
Corrispondenza alle specifiche tecniche	25
capacità emostatica	20
praticità d'impiego	15
Formazione e assistenza post vendita	10

<b>Per i lotti da 36 a 51, da 64 a 90, da 93 a 108 si chiede di poter valutare con il criterio qualità/prezzo 70/30</b>	
Descrizione	Punteggio qualità
Corrispondenza alle specifiche tecniche	25
Manegevolezza	20
navigabilità	15
Formazione e assistenza post vendita	10

<b>Per i lotti da 52 a 59 e 158, 159,160 , 205 si chiede di poter valutare con il criterio qualità/prezzo 70/30</b>	
Descrizione	Punteggio qualità
Corrispondenza alle specifiche tecniche	25
visibilità sotto guida fluoroscopica	20
navigabilità	15
Formazione e assistenza post vendita	10

<b>Per i lotti da 134, 135,137,138,139, 146, 147, 148, 150,151,152 si chiede di poter valutare con il criterio qualità/prezzo 70/30</b>	
Descrizione	Punteggio qualità
Corrispondenza alle specifiche tecniche	25
visibilità sotto guida fluoroscopica ed ecografica	20
atraumaticità	15
Formazione e assistenza post vendita	10

<b>Per i lotti da 162 a 204 si chiede di poter valutare con il criterio qualità prezzo 70 /30</b>	
---	--

Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio"  
 Struttura Complessa  
 di Radiologia Diagnostica  
 IL DIRETTORE  
 Dr. Bernardo Bertucci

Descrizione	Punteggio qualità
Corrispondenza alle specifiche tecniche	25
visibilità sotto guida fluoroscopica ed ecografica	20
atraumaticità	15
Formazione e assistenza post vendita	10

**Dal lotto 186 al 206 materiale angiografico da rifornire in conto deposito.**

Si ribadisce che i quantitativi specificati rappresentano il presumibile fabbisogno, hanno valore indicativo e non tassativo e non sono impegnativi. Sono stati determinati tenendo conto dei fabbisogni presunti durante tutto l'arco di durata della fornitura da parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco. Tali valori, stimati e puramente indicativi, sono forniti al solo fine di consentire opportune valutazioni dei Fornitori nella formulazione dell'offerta.

Si precisa che per i lotti composti le basi d'asta indicate si riferiscono al totale del kit o del sistema completo di ogni componente.

Relativamente a ciascun Lotto, i quantitativi effettivi di Prodotti da fornire saranno determinati in base agli Ordinativi di fornitura emessi sino a concorrenza dell'importo massimo spendibile; l'importo massimo di ciascun Lotto, tuttavia, non è vincolante per l'Amministrazione, che non risponderà nei confronti dei Fornitori in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tali importi solo un limite massimo di accettazione degli Ordinativi da parte dei Fornitori stessi.

Ai fini della presentazione dell'offerta, è vincolante la rispondenza delle caratteristiche del prodotto offerto alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche indicate per ciascun prodotto nel presente Capitolato tecnico e nel suo allegato tabella prodotti.

Nel corso di tutta la durata contrattuale, il Fornitore aggiudicatario è obbligato a fornire il medesimo prodotto indicato nell'offerta in sede di gara per quanto attiene alla descrizione, alle caratteristiche tecniche, al nome commerciale e/o al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti se non autorizzati espressamente da questa Azienda.

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi, pena esclusione dalla gara, alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione, alla registrazione banca dati e repertorio vigenti in materia, importazione, ed immissione in commercio. Devono essere provvisti di marchi CE e devono essere apposti in idonee scatole in modo tale da non pregiudicarne il contenuto.

E' consentita l'equivalenza funzionale dei prodotti offerti ai sensi dell'art. 79, disciplinate all'allegato II.5 del D.Lgs 36/2023, è consentita l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che la stessa sia ampiamente dimostrata, con qualsiasi mezzo appropriato.

### 3. Durata

Con riferimento a ciascun lotto la fornitura avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi, oltre 6 (sei) mesi di proroga tecnica, a decorrere dall'avvio della fornitura medesima in via di urgenza ovvero dalla data che verrà stabilita in sede di stipula del contratto. È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

*[Firma]*  
 Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio"  
 Struttura Complessa  
 di Radiologia Diagnostica  
 VIL DIRETTORE  
 Dr. Bernardo Bernini



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie



SOC Radiologia (ex AO Pugliese Ciaccio)



PROT. INTERNO 75  
del 26.11.24

A.O.U. Renato Dulbecco CATANZARO
prot. _____ del 25/11/2024

Al Direttore Area Acquisizione  
Beni e Servizi

Sede

**OGGETTO:** Gara Radiologia e Neuroradiologia plurilotto (206) - Criteri di valutazione - chiarimenti

Rilevato che dall'esame della documentazione trasmessa, ed in particolare dai "criteri di valutazione" contenuti nel capitolato tecnico datato 28/07/2024 (prot. 20249 da pag. 37)), si riscontra che un lotto è privo di indicazione di criteri per procedere alla valutazione di qualità (155), mentre un altro (63) richiama contemporaneamente più criteri, non compatibili tra loro, si chiariscono appresso i criteri da utilizzare:

**LOTTO 63 - ENTOPTOTESI BIFORCATA TRI-MODULARE**

CRITERIO	PUNTEGGIO
CONFORMITA' DESCRIZIONE	20
GAMMA MISURE	10
ASSISTENZA TECNICA	20
ATRAUMATICITA'	10
INTRODOTTORE INCUWO nella PROTESI	10
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

**LOTTO 155 - CATETERE PER INFUSIONE**

CRITERIO	PUNTEGGIO
MANOVRA BILITA'	15
ATRAUMATICITA'	15
NAVIGAZIONE	20
GAMMA MISURE	20
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

La presente è da intendersi integrativa/sostitutiva di quanto già trasmesso.

*Bertucci*  
Il Direttore SOC  
dott. Bernardo Bertucci

Copia informatica per consultazione AOU Dulbecco Protocollo N. 50394 del 26/11/2024